

RESPUESTA ESCRITA A LA PREGUNTA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS D^a MACARENA MONTESINOS DE MIGUEL, D^a TRISTANA MORALEJA GÓMEZ, D^a CARMEN RIOLOBOS REGADERA Y LOS DIPUTADOS D. EDUARDO CARAZO HERMOSO, D. TOMÁS CABEZÓN CASAS Y D. ANDRÉS LORITE LORITE DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

179/001490

51640

Un sindicato con representación en RTVE (USO) ha hecho pública una valoración de la forma en que se aborda el coronavirus en Torrespaña, sede de los servicios informativos de TVE y del Canal 24 Horas. En la nota del sindicato USO se hacen unas graves consideraciones que la Administradora única de RTVE debe confirmar o desmentir de forma tajante y, además, en el primer caso, corregir y depurar las responsabilidades que se deriven de las mismas. Por ello, se formula a la Administradora única de RTVE la siguiente pregunta:

- **¿Puede garantizar que los termómetros que se emplean en Torrespaña tienen la calidad necesaria para ser eficaces en la toma de temperatura de cuantos acceden a ese centro?**

Sí. El termómetro médico infrarrojo sin contacto, adquirido por RTVE, cumple con los requisitos exigidos de comercialización en la Comunidad Europea, Estados Unidos y de seguridad en el uso de sustancias peligrosas. En concreto las homologaciones del dispositivo son las siguientes:

- Mercado CE. garantiza el acceso al mercado europeo.
- Mercado RoHS, que acredita el no uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrodomésticos.
- Mercado FCC, que asegura el cumplimiento de la reglamentación de la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU

La marca es Cawono, modelo D-380, y sus características principales las siguientes:

- Sensor: Radiación infrarroja
- Temperatura de operación (ambiente): 10°C a 40°C

- Rango de medición: 32°C a 42,9 °C
- Precisión clínica: +/- 0,2 °C (entre 35°C y 42°C)
- Distancia de medición: 5 a 15 cm

El equipo ha sido testeado en campo valorándose positivamente su efectividad, contrastando sus resultados con otros equipos de medición (de infrarrojo por contacto), bajo los parámetros de:

- Temperatura ambiente en márgenes prescritos
- Distancia de medición y punto de medición adecuados

Los equipos fueron adquiridos a la empresa CRAMBO. Empresa tecnológica española multinacional con 275 profesionales y más de 30 años de experiencia en el sector de la innovación y desarrollo.

En Madrid, a 6 de octubre de 2020

LA ADMINISTRADORA PROVISIONAL ÚNICA DE LA CORPORACIÓN RTVE


ADMINISTRADORA
PROVISIONAL ÚNICA
Rosa María Mateo Isasi